

召回计划报告表

产品名称	微生物鉴定飞行时间质谱仪	注册证或备案凭证编码	闽械注准 20192220072
生产企业/代理人名称	江苏天瑞仪器股份有限公司福建分公司	召回级别	三级
单位负责人及联系方式	姚栋梁 15850350508		
召回工作经办人和联系方式	孙根平 15850350491		
通知情况	应通知经销商/使用单位/使用者情况	深圳康美生物科技股份有限公司	
召回措施内容	生产/销售数量	6 台	
	拟召回数量	6 台	
	召回确认方式	以书面，微信，电话形式进行通知	
召回产品的处理措施		依据相关规章制度进行处理	
完成召回需要时间估计		15 天	

报告单位：(盖章)

报告人：(签字)

负责人：(签字)

报告日期：

姚栋梁
2022.11.16

